歯科印象採得用器材
リテンションワイヤー

ポストピン

ポスト印象用補強ピン

￥2,800(税別)



適した太さのピンを孔の深さより長めにカットします。

印象材からのピンの抜けを防ぐため先端を直角に曲げます。

シリンジの針を孔の奥まで入れ、寒天印象材を注入します。

ピンをポスト孔にゆっくりと挿入します。

アルジネートを盛ったトレイを圧接し硬化を待ちます。

■ステンレス線にレーヨン繊維を静電植毛しました。
■植毛の長さは各色共0.5㎜です。
■長さが180㎜と経済的です。
■ポスト孔の径に合わせ3種類の太さをご用意しています。
■各色の径は、ワイヤーの径です。

医療機器届出番号 11B2X00019CL1006

種類	ワイヤーの径	ワイヤーの長さ	植毛の長さ	入数
赤(細)	0.20φ	180㎜	0.5㎜	20本
緑(中)	0.25φ			
黒(太)	0.30φ			
混合	赤7本、緑7本、黒6本　合計:20本			

※上記価格は税抜き価格です。
※製品の仕様および価格は予告なしに変更することがあります。

製造販売元(第2種医療機器製造販売業)
製造販売業許可番号：11B2X00019
株式会社クラーク
TEL. 048-994-1825　FAX. 048-994-1827
〒340-0832 埼玉県八潮市柳之宮屋敷通223番地2