




咬合接触検査装置

T-ScanTM ノーバス Novus



センサーシートを咬むだけで、
咬合の接触状態を
ビジュアル表示。

咬合接触部位や咬合圧バランスをリアルタイムに表示

咬合接触「位置」、「圧バランス」、「時間」の咬合の3要素を同時に検査表示。

EBM医療の重要性が叫ばれる現在、客観的な咬合検査・調整法の必要性が高まっています。咬合接触検査装置「T-スキャン Novus」は従来の咬合紙やワックス、その他の検査機器では検知できなかった咬合の3要素を同時に精密に計測できます。

これより、科学的で客観的なデータに基づいた咬合診断、治療結果の判定が可能となります。



センサインジケター

記録ボタン



●製品仕様(セット内容)

※PC本体は付属しません。

品名	数量	仕様
センサーシート	40枚	(L)20枚 (S)20枚
センサーサポート	4個	(L) 2個 (S) 2個
センサーコネクタ Novusハンドピース (USBケーブル付)	1個	A/D分解能:8ビット スキャン速度:最大175Hz(ターボモードで500Hz) サイズ:幅57.2×長さ182.9×高さ30.5(mm) USBケーブル長さ:約3m 重量:約230g(ケーブル含)
ソフトウェア	1式	Windows 7,8,10または11 メモリー:8GB RAM ※20GB以上のハードディスク空き容量が必要。専用ビデオカード

販売名:T-スキャン Novus 医療機器製造販売届出番号:13B2X10261001100

機械器具(24) 知覚検査又は運動機能検査用器具 歯接触分析装置 JMDN コード(70700000) 特定保守器具医療用材

* 製品についてはその外観、仕様等について予告なく変更する場合があります。
* 本カタログ中の製品の色彩は印刷のため実物とは多少異なることがあります。
* 院内LANのご使用については別途ご相談ください。
* Windows 7,8,10,11はMicrosoft社の登録商標です。

製造販売元

株式会社 東京歯材社

お問い合わせ先:商品センター

〒110-0004 東京都台東区下谷 3-13-5 TYセンタービル 4 階

TEL: 03-3874-5077 FAX: 03-3874-5091

EMAIL: info-web@shizaisha.co.jp

www.shizaisha.co.jp

製造元: **Tekscan** Tekscan, Inc.
テックスキャン インク

ご用命は

2206SG003